



KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI

İDRAR TALİMATI

Döngü: 7

Lot: İ2019, SKT: 2019-12, REF: KBUDURIN

Program Kodu: İ

+2-8°C'de saklanmalıdır



Kullanım amacı

KBUDEK İdrar Eksternal Kalite Kontrol Programı, bu programa katılan her bir laboratuvarın performansını diğer laboratuvarlarla test, yöntem ve cihaz bazında karşılaştırılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Gizlilik

KBUDEK program katılımcılarının gizliliğine büyük önem vermektedir. Her katılımcı sadece kendilerinin ve KBUDEK'in bildiği bir kod ile tanımlanmaktadır. Her bir katılımcıya internet ortamında veri girişi ve incelemesi için laboratuvar kodu, kullanıcı kodu ve şifre tanımlanmaktadır. Kullanıcılar kullanıcı kodlarını ve şifrelerini kendileri değiştirebilmektedir.

Testler

İDRAR STRİP PARAMETRELERİ

Bilirubin, Glukoz, HCG, Kan, Keton, Kreatinin, Lökosit, Nitrit, pH, Protein, Spesifik Gravite (Dansite), Ürobilinojen

Güvenlik önlemleri ve uyarılar



UYARI: Biyolojik kaynaklı madde. Potansiyel enfekte materyal.

Sadece vücut dışı kullanım içindir. Ağızla pipetleme yapmayınız. Laboratuvar reaktifleri için laboratuvarında uygulanan prosedürler bu materyaller için de uygulanmalıdır. Üretici firma tarafından donör düzeyinde HIV (HIV 1, HIV 2), Hepatit B Yüzey Antijeni (HBsAg) ve Hepatit C Virüs (HCV) antikoru testleri yapılmış ve negatif bulunmuştur. Bu testler FDA onaylı yöntem ile çalışılmıştır. Ancak hiçbir yöntem enfeksiyöz ajan yokluğu güvencesini tam veremeyeceğinden bu materyal enfeksiyöz hastalık yayabilecek kapasitede olduğu kabul edilerek işlem görmeli ve buna uygun imha edilmelidir. İstendiği takdirde ürün güvenlik bilgi formları gönderilebilir.

Örneğin çalışmaya hazırlanması

İdrar kontrol örnekleri kullanıma hazırdır.

Örnekler hasta örnekleri ile aynı şekilde çalışmalıdır. Mümkünse laboratuvar personelinin haberi olmaksızın günlük süreçler içine alınmalıdır.

Not: Eksternal Kalite Kontrol Örneklerinin (tekrar sayısı olarak) 1 kez çalışılması önerilir.

Saklama koşulları

Açılmamış örnek: +2 – 8 °C'de saklayınız.

Açılmış örnek: +2 – 25 °C'de 30 gün saklanabilir. Dondurmayınız.

Sadece ihtiyaç kadar alınmalı ve çalışmalıdır.

Testlerin çalışma zamanları

Kutu **bir yıl içerisinde sırası ile iki ayda bir** çalışılmak üzere etiketlenmiş **6 (altı)** adet örnek içermektedir. Örneklerin üzerinde hangi aya ait olduğunu gösteren bilgiler mevcuttur. Her bir örnek ait olduğu ay içerisinde arka sayfada belirtilen tarihlerde çalışmalıdır.

Sonuçların gönderilmesi

Sonuçlar en geç ilgili ayın son iş gününe kadar, internet yolu ile www.kbudek.com sitesi üzerinden, sizlere bildirilen laboratuvar kodu, kullanıcı kodu ve şifre kullanarak sisteme girilmelidir.

Sitenin kul

Sonuçlarınızı girmeden önce **mutlaka test tanımlarınızı yapip sonucu rapor ettiğiniz birimleri** doğru olarak seçmeyi unutmayınız.

Geç gönderilen sonuçlar

Geç gönderilen sonuçlar o aya ait oluşmuş olan ortalama ve standart sapma değerlerini etkilemezler. Zamanında gönderilen sonuçların oluşturmuş olduğu hedef değer ve standart sapmaya göre hesaplamaları yapıp raporları hazırlanır. Raporda sonuçların geç olarak geldiği bilgisi yer alır.

Dönem kapandıktan sonra gelen geç sonuçlar için değerlendirme yapılmayacaktır.

Değerlendirme sonuçlarının izlenmesi

Değerlendirme sonuçları takip eden ayın ikinci haftası içerisinde internette yayınlanmaktadır. Her katılımcı laboratuvar, kendi laboratuvar kodu, kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak sadece kendi sonuçlarını görebilecektir. Katılımcılara raporlar yayınlandı bilgisi kısa mesaj olarak gönderilir.

Cihaz veya yöntem değişiklikleri

Programın devam ettiği süre içerisinde katılımcı laboratuvarın kullandığı cihaz, yöntem, birim veya diğer değişiklikler internet sitesi üzerinden güncellenmelidir. Programda kullanılan güncel testler ve yöntemler için www.kbudek.com sitesinde yayınlanmakta olan program talimatına bakınız.

Kutu içerisinde sağlanan materyal:

İdrar kontrol örnekleri- 6 tüp – 12 ml kullanıma hazır



KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI

İDRAR TALİMATI

Döngü: 7

Lot: İ2019, SKT: 2019-12, REF: KBUDURIN
Program Kodu: İ

+2-8°C'de saklanmalıdır

Örneklerin Çalışma Takvimi



Çalışma Ayları	Örnek Numaraları	Önerilen Çalışma Tarihi	Sonuçların Son Giriş Tarihi
Şubat	1. Örnek	22.02.2019	28.02.2019
Nisan	2. Örnek	19.04.2019	30.04.2019
Haziran	3. Örnek	21.06.2019	30.06.2019
Ağustos	4. Örnek	23.08.2019	31.08.2019
Ekim	5. Örnek	25.10.2019	31.10.2019
Aralık	6. Örnek	20.12.2019	31.12.2019

Programda Değerlendirilen Testler ve Yöntemler

TEST ADI	KULLANILAN YÖNTEMLER
Bilirubin	Negatif, +, ++, +++ Negatif, Small, Moderate, Large
Dansite	1.000,1.005,1.010,1.015,1.020,1.025,1.030
Glukoz.	Negatif, +, ++, +++, ++++ Negatif, 100, 250, 500, 1000, 2000
Kan	Negatif, Trace, +, ++, +++ Negatif, Trace, Small, Moderate, Large
Keton	Negatif, Trace, +, ++, +++, ++++ Negatif, Trace/5, 15, 40, 80, >=160
Lökosit	Negatif, Trace, +, ++, +++ Negatif, Trace, Small, Moderate, Large
Nitrit	Negatif, Trace, Pozitif
pH	5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5
Protein	Negatif, Trace, +, ++, +++, ++++ Negatif, Trace/15, 30, 100, 300, 1000
Ürobilinojen	0.2, 1.0, 2.0, 4.0, >8.0 Normal, +, ++, +++, ++++
HCG	Negatif, Pozitif
Kreatinin	50, 100, 200, 300

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ
Ahi Evran Caddesi 42 Maslak No:6 A Kule Kat: 9 D: 7
Maslak – Sarıyer / İSTANBUL
TEL:0 212 241 26 53
0 212 241 26 16
0 212 241 26 57
FAKS:0 212 241 26 54
www.kbudek.com
destek@kbudek.com